



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

063248/2025

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

A Santa Casa de Lima Duarte atende a demanda da atenção especializada, as referencias de pactuação são os seguintes municípios: Andrelândia, Arantina, Bias Fortes, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Liberdade, Olaria, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde e Santa Rita do Jacutinga, onde a santa casa atende pacientes do sSUS dessas localidades na atenção especializada. o CNES da unidade de saúde a santa casa é o 4041690

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A QUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE HOJE ESTA EM FALTA E QUE É NECESSARIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ESTE CONTRIBUIR PARA UMA MELHORIA NO ATENDIMENTO, E ESTA DENTRO DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA.

PÚBLICO ALVO:

PACIENTES DO SUS, NÃO HÁ UM PUBLICO ESPECIFICO TODOS OS PACINETES QUE NECESSITAREM DESDE O BASICO A ALTA COMPLEXIDADE.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

HOJE A SANTA CASA DE LIMA DUARTE POSSUI POUCOS EQUIPAMENTOS. E A AQUISIÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS POSSIBILITARÁ A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS QUE PROCURAM ATENDIMENTO DA SANTA CASA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, POSSIBILITANDO UM MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES.

RESULTADOS ESPERADOS:

MELHORIA NO ATENDIMENTO, AUMENTANDO OS EQUIPAMENTOS QUE HOJE TEMOS POUCOS , E QUE NO QUAL POSSIBILITARÁ A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS QUE PROCURAM ATENDIMENTO DA SANTA CASA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, POSSIBILITANDO UM MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE	
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.926.798-**		NOME DO RESPONSÁVEL: ALEXANDRE PADILHA	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE			CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 20.452.280/0001-86					
Razão Social do Proponente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUARTE					
Endereço Jurídico do Proponente: Rua Tancredo Alves 263,					
Cidade: LIMA DUARTE	UF: MG	Código Município: 4771	CEP: 36140000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 32999687507
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 3798-2	Conta Corrente: 5730109268		
CPF do Responsável: ***.807.996-**	Nome do Responsável: ANDERSON MIRANDA				
Endereço do Responsável: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP do Responsável: *****_***	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 272.983,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R\$ 272.983,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	09/12/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	02/06/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

6 - PLANO DE TRABALHO**Meta nº: 1**

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 25.0	Valor: R\$ 272.983,00	
Início Previsto: 09/12/2025		Término Previsto: 02/06/2027	Valor Global: R\$ 272.983,00	
UF: MG	Município: 4771 - LIMA DUARTE			CEP:
Endereço:				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
Quantidade: 25.0 UN		Valor: R\$ 272.983,00	Início Previsto: 09/12/2025	Término Previsto: 02/06/2027

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro	ANO: 2026
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 272.983,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 272.983,00 PARCELA Nº: 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUARTE**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002894-Fogão					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.174,00	V.TOTAL:	R\$ 2.174,00
OBSERVAÇÃO: TIPO DE ACENDIMENTO I BOCAS: AUTOMÁTICO I 06TIPO DE ACENDIMENTO BOCAS: AUTOMÁTICO 06					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000673-Monitor Multiparâmetros					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 16.793,00	V.TOTAL:	R\$ 50.379,00
OBSERVAÇÃO: PARÂMETROS TIPO E TAMANHO DO MONITOR SUPORTE PARA MONITOR: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12' COM SUPORTE					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002569-Ar Condicionado					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.307,00	V.TOTAL:	R\$ 2.307,00
OBSERVAÇÃO: TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9000 A 12000 BTUs QUENTE E FRIO					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002569-Ar Condicionado					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.307,00	V.TOTAL:	R\$ 2.307,00
OBSERVAÇÃO: TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9000 A 12000 BTUs QUENTE E FRIO					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002569-Ar Condicionado					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.307,00	V.TOTAL:	R\$ 9.228,00
OBSERVAÇÃO: TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9000 A 12000 BTUs QUENTE E FRIO					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,				
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 100.243,00	V.TOTAL: R\$ 100.243,00
OBSERVAÇÃO: Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle.Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior.Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas.Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero.Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento.Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento:01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001829-Escada com 2 degraus				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,				
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 405,00	V.TOTAL: R\$ 810,00
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003052-Cadeira de Rodas Adulto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,				
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.198,00	V.TOTAL: R\$ 3.594,00
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002274-Computador (Desktop-Básico)					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 6,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 4.136,00	V.TOTAL:	R\$ 24.816,00
OBSERVAÇÃO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003054-Serra para Gesso					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.322,00	V.TOTAL:	R\$ 2.322,00
OBSERVAÇÃO: POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000220-Banho-Maria					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,					
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.501,00	V.TOTAL:	R\$ 2.501,00
OBSERVAÇÃO: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C.ESPECIFICAR: SIM					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003020-Foco Cirúrgico de Teto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Tancredo Alves 263,				
CEP: 36140-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4771 - LIMA DUARTE		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 72.302,00	V.TOTAL: R\$ 72.302,00	
OBSERVAÇÃO: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.ESPECIFICAR: SIM				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 272.983,00	R\$ 272.983,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 272.983,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Diário Oficial da União Extrato do Convênio nº. 985651.pdf

Termo de Convênio nº. 985651.pdf